

## RapidCut DpnI

### RapidCut DpnI 快速限制性内切酶

产品编号	产品名称	规格
BL1237A	RapidCut DpnI 快速限制性内切酶	50 T

#### 产品简介:

本产品是一系列经过基因工程重组的快速限制性内切酶，适用于质粒 DNA、PCR 产物或基因组 DNA 等的快速酶切。所有快速内切酶在通用的 RapidCut Buffer 中都具有优良的活性，能够在 5~15 分钟内完成酶切。RapidCut Color Buffer 包括红色和黄色示踪染料，可将产物直接用于凝胶电泳。Color Buffer 的红色染料与 2500 bp 双链 DNA 片段在 1% 琼脂糖凝胶中迁移速率接近；黄色染料与 10 bp 双链 DNA 片段在 1% 琼脂糖凝胶中迁移速率接近。

#### 产品组分:

组分名称	规格
RapidCut DpnI	50 $\mu$ L
10 $\times$ RapidCut Buffer	1 mL
10 $\times$ RapidCut Color Buffer	1 mL

#### 酶切位点:

5'...G A<sup>m6</sup> ↓ T C...3'

3'...C T ↑ A<sup>m6</sup> G...5'

#### 产品特点:

- ◇ 通用缓冲液
- ◇ 快速内切酶，可在 5~15 min 内完成反应
- ◇ 3 h 温育未表现星号活性

#### 失活条件

80°C 温育 20 min。

#### 质量控制:

##### 功能活性检测:

37°C 下，在 20  $\mu$ L 通用 RapidCut 反应体系中，1  $\mu$ L RapidCut DpnI 能够在 15 min 内完全消化 1  $\mu$ g pUC19 DNA。

##### 超长时间温育检测:

37°C 下，在 20  $\mu$ L 通用 RapidCut 反应体系中，将 1  $\mu$ L RapidCut DpnI 与 1  $\mu$ g pUC19 DNA 共同温育 3 h，未检测到其他核酸酶污染或星号活性引起的底物非特异性降解。更长时间酶切可能出现星号活性。

##### 酶切 - 连接 - 再酶切检测:

37°C 下，使用 10 倍酶量的 RapidCut DpnI 消化 DNA 底物，回收酶切产物，在 22°C 下使用 T4 DNA Ligase 可以将超过 95% 的酶切产物重新连接。将连接产物再次回收后，使用相同的内切酶可以重新切开 95% 以上的连接产物。

##### 非特异性内切酶活性检测:

37°C 下，在 20  $\mu$ L 通用 RapidCut 反应体系中将 1  $\mu$ L RapidCut DpnI 与 1  $\mu$ g 超螺旋质粒 DNA 共同温育 4 h 后，使用琼脂糖凝胶电泳检测，少于 10% 的质粒 DNA 转变成缺失或线性状态。

#### 使用方法:

##### 1. DNA 快速酶切流程

(1) 在冰上按如下建议的加样顺序配制反应体系:

Note: For in vitro research use only, not for diagnostic or therapeutic use, This product is not a medical device.

注意: 在体外研究使用, 不用于诊断或治疗用途, 本产品不是医疗装置。



组分	质粒 DNA	基因组 DNA
ddH <sub>2</sub> O	15 μL	30 μL
10× RapidCut Buffer 或 10× RapidCut Color Buffer	2 μL	5 μL
底物 DNA	2 μL (up to 1 μg)	10 μL (5 μg)
RapidCut DpnI	1 μL	5 μL
Total	20 μL	50 μL

- (2) 轻柔吸打或轻弹管壁以混匀（切勿涡旋），然后瞬时离心以收集挂壁液滴；
- (3) 37°C温育 15 min（质粒），或 30~60 min（基因组 DNA）；
- (4) 80°C温育 20 min 即可使酶失活，停止反应（可选）；
- (5) 如果使用 RapidCut Color Buffer 进行酶切反应，得到的产物可以直接进行上样电泳。

## 2. 双酶切或多酶切

- (1) 每种快速内切酶的用量为 1 μL，并根据需要适当扩大反应体系；
- (2) 所有快速内切酶的体积总和不得超过总反应体系的 1/10；
- (3) 如果所用的几种快速内切酶的最适反应温度不同，应先以最适温度低的酶开始酶切，再添加最适温度较高的酶，在其最适反应温度下进行酶切反应。

## 3. 适用于质粒的扩大反应体系

组分	用量				
DNA	1 μg	2 μg	3 μg	4 μg	5 μg
RapidCut DpnI	1 μL	2 μL	3 μL	4 μL	5 μL
10× RapidCut Buffer 或 10× RapidCut Color Buffer	2 μL	2 μL	3 μL	4 μL	5 μL
ddH <sub>2</sub> O	Up to 20 μL	Up to 20 μL	Up to 30 μL	Up to 40 μL	Up to 50 μL

注：如果总反应体系大于 20 μL，应适当增加温育时间，尽量使用水浴、金属浴或沙浴。

## 不同 DNA 中的酶切位点数量

λDNA	ΦX174	pBR322	pUC57	pUC18/19	SV40	M13mp18/19	Adeno2
116	0	22	15	15	8	7	87

## 甲基化修饰影响

Dam	Dcm	CpG	EcoKI	EcoBI
无影响	无影响	剪切受影响	无影响	剪切受影响

## 在不同品牌反应缓冲液中的兼容性

	RapidCut Buffer	Thermo Scientific FastDigest Buffer	NEB CutSmart® Buffer	Takara QuickCut™ Buffer
活性	100%	100%	100%	100%

## 注意事项：

- 1、本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

## 有效期：

-20°C储存，2 年有效。

